

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 69 - P - ๐ 1 2 6

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Pulse Electromagnetic Therapy) .

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Pulse Electromagnetic Therapy) เพื่อบรรเทาอาการปวด กระตุ้นกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นการสร้างพลังงานระดับเซลล์

1.2.2 มีความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Intensity) ไม่เกิน 0.1 เทสลา (Tesla) หรือ 1,000 เกาส์ (Gauss)

1.2.3 มีโปรแกรมการรักษาพร้อมใช้งานมาพร้อมกับตัวเครื่อง มีแผงควบคุม

1.2.4 สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เครื่องบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วย

1.3.1 ตัวเครื่องกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1.3.2 ขดลวดปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Loops)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองการใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ประธานกรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ





พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.น.หญิง กรรมการและเลขานุการ

๑ 2/ก.พ./2560

คณะกรรมการตรวจสอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.		นบ.ก.ประจำ กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
	(จิตพงศ์ มุธาวังค์)	
พ.อ.		รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ
	(ประสาท ศรีประทุม)	
พ.ท.		ผอ.รพ.สัตว กสช.2 กส.ทบ. ชรก.หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
	(วิทยา เสนารัตน์)	กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.		ประจำโรงพยาบาลสัตว์ รพ.สัตว กสช.2 กส.ทบ.ชรก.หน่วยม้า
	(พงศกร เพชรแก้ว)	ทรงประจำพระองค์ฯ / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.หญิง		ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
	(ปวีณิศา โตจินดา)	
	ณ 2/ก.ย 2569	