

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะและความเข้มข้นของสารละลายทางสัตวแพทย์ (Veterinary Refractometer)

หน่วยนับ เครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับวัดค่าความถ่วงจำเพาะในปัสสาวะและวัดค่าความเข้มข้นของปริมาณโปรตีนในซีรัมหรือพลาสมาของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวเครื่องทำจากวัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีคุณสมบัติในการกันกระแทก, กันน้ำและฝุ่น มีความแข็งแรงคงทน และทำงานโดยอาศัยหลักการหักเหของแสง

1.2.2 ค่าความแม่นยำในการวัดความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะอยู่ในช่วงไม่เกินกว่า ± 0.002

1.2.3 ค่าความแม่นยำในการวัดความเข้มข้นของโปรตีนในซีรัมหรือพลาสมาอยู่ในช่วง ± 0.2 กรัม/100 มิลลิลิตร

1.2.4 ค่าความความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะสามารถวัดค่าได้ในช่วง 1.000 - 1.060 หรือกว้างกว่า

1.2.5 ค่าความเข้มข้นของโปรตีนในซีรัมหรือพลาสมาสามารถวัดค่าได้ในช่วง 2 - 14 กรัม/100 มิลลิลิตร หรือกว้างกว่า

1.2.6 มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Auto Temperature Compensation)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีมาตรวัดแสดงค่าความถ่วงจำเพาะและค่าความเข้มข้นของโปรตีน

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.


(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง



(ปริญฉา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

2 2/ต.ค. / 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะและความเข้มข้นของสารละลายทางสัตวแพทย์ (Veterinary Refractometer)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนัญพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปากรณ์ สวัสดิ์สิงห์)

22/ต.ก./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6640 - V - 68 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดม้า

หน่วยนับ ชุด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับตรวจวัดระดับของสารชีวเคมีต่างๆ ในเลือดม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชุดตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดม้า (Equine 15 Clip) สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (IDEXX Catalyst One Chemistry Analyzer)

1.2.2 ชุดตรวจสามารถตรวจวัดระดับของสารชีวเคมีในเลือดม้าได้ ดังนี้ Albumin (ALB), Albumin/Globulin (ALB/GLOB), Alkaline Phosphatase (ALKP), Aspartate Aminotransferase (AST), Blood Urea Nitrogen (BUN), Blood Urea Nitrogen/Creatinine (BUN/CREA), Calcium (Ca), Creatine Kinase (CK), Creatinine (CREA), Gamma-glutamyltransferase (GGT), Globulin (GLOB), Glucose (GLU), Lactate Dehydrogenase (LDH), Total Bilirubin (TBIL) และ Total Protein (TP)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ชุดตรวจประกอบด้วยแผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีต่างๆ (Slide) จัดเป็นชุด (Clip)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.ท.



หน.ผชว./รบก.กช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง





ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ปริญธิดา ไตจินดา)

22/ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดม้า

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว ทย. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

22 ก.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์

หน่วยนับ แผ่น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับตรวจวัดระดับของสารชีวเคมีต่างๆ ในเลือดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (IDEXX Catalyst One Chemistry Analyzer)

1.2.2 แผ่นตรวจสามารถตรวจวัดระดับของสารชีวเคมีได้ครั้งละอย่างน้อยหนึ่งค่าหรือมากกว่า ได้แก่ Albumin (ALB), Alkaline phosphatase (ALKP), Alanine Aminotransferase (ALT), Amylase (AMYL), Aspartate Aminotransferase (AST), Bile Acids (BA), Blood Urea Nitrogen (BUN), Calcium (Ca), Cholesterol (CHOL), Creatine Kinase (CK), Creatinine (CREA), C-reactive Protein (CRP), Fructosamine (FRU), Gamma-Glutamyltransferase (GGT), Glucose (GLU), Lactate (LAC), Lactate Dehydrogenase (LDH), Lipase (LIPA), Magnesium (Mg), Ammonia (NH₃), Phenobarbital (PHBR), Inorganic Phosphate (PHOS), Progesterone (PROG), Symmetric Dimethylarginine (SDMA), Total Bilirubin (TBIL), Total Protein (TP), Total T₄ (TT4), Triglycerides (TRIG) และ Uric Acid (URIC)

ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นแผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีชนิดต่างๆ (Slide)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต



3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ




- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.
ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ



22/ต.ค. 2567




คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

22/ต.ค. 2567

ข้อสั่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.
 พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
 (วิสูตร เอี่ยมเรือง)
 พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 (วิทยา เสนารัตน์)
 พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
 (ปวีณรติกา ไตจินดา)
 22 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.
 พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
 (ดักดาเดช ประเสริฐศรี)
 พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
 (จิตพงศ์ มุธาวังศ์)
 พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 (ณัฐพร สารอุเม)
 พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 (วิทยา เสนารัตน์)
 พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
 (ภากร สวัสดิ์สิงห์)
 22 ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6640 - V - 68 - S - 0026

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซสอบเทียบการวัดปริมาณค่าออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์
(Calibration Gas)

หน่วยนับ กระป๋อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสอบเทียบในการวัดปริมาณค่าออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นก๊าซสอบเทียบ (Calibration Gas) ในการวัดปริมาณค่าออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์ สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับก๊าซและอิเล็กโทรไลต์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์ (IDEXX VetStat Electrolyte and Blood Gas Analyzer)

1.2.2 ก๊าซภายในกระป๋องประกอบด้วย 6% คาร์บอนไดออกไซด์, 14% ออกซิเจน และ ไนโตรเจน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นก๊าซ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พลม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง 
(ปวีณริตา ไตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซสอบเทียบการวัดปริมาณค่าออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์
(Calibration Gas)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

22 ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0027

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจวัดระดับก๊าซและอิเล็กโทรไลต์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์

หน่วยนับ ชิ้น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับตรวจวัดระดับก๊าซและอิเล็กโทรไลต์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชุดตรวจวัดระดับก๊าซและอิเล็กโทรไลต์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์ สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับก๊าซและอิเล็กโทรไลต์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์ (IDEXX VetStat Electrolyte and Blood Gas Analyzer)

1.2.2 ชุดตรวจสามารถตรวจวัดระดับก๊าซและอิเล็กโทรไลต์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์ ได้แก่ ค่า Sodium (Na^+), Potassium (K^+), Chloride (Cl^-), Ionized Calcium (Ca^{++}), Hydrogen Ion Concentration (pH), Partial Pressure Carbon Dioxide (PCO_2), Partial Pressure Oxygen (PO_2), Total Hemoglobin Concentration (tHb), Hemoglobin Oxygen Saturation (SO_2), Total Carbon Dioxide (t CO_2), Bicarbonate (HCO_3^-) และ Anion Gap (AG)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นชุดตรวจ (Cassette) ปลายด้านหนึ่งมีช่อง (Fillport) และหัวสำหรับต่อเข้ากับหลอดเก็บตัวอย่าง (Syringe Adapter)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  พอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)



พ.ท.  ทน.ผชว./รปล.กษ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)

22/๓.ค./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดตรวจวัดระดับก๊าซและอิเล็กโทรไลต์ในหลอดเลือดแดงของสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศิริ)
- พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวังค์)
- พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปากรณ์ สวัสดิ์สิงห์)

22/ต.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0011

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระจกสไลด์ริมผ้า

หน่วยนับ แผ่น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับตรวจดูตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นแผ่นกระจกใส ปลายด้านหนึ่งเป็นกระจกผ้า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 กระจกสไลด์มีขนาดกว้าง 25.4 มิลลิเมตร ยาว 76.2 มิลลิเมตร หนา 1-1.2 มิลลิเมตร

1.3.2 ขอบกระจกเรียบมนแบบ Ground Edges ไร้รอยตัดคม

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment) หรือ CE


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา โตจินดา)

2 2/ก. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระจกสไลด์ริมฝี

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.


(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.


(จตุพงษ์ มุธาวงศ์)


นบก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.


(อนุรักษ์ สาธูเม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.


(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.


(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

22 ก.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0012

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถาดซีฟุ้งอุดหลอดเก็บเลือด (Sigillum Wax)

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้อุดหลอดเก็บเลือด (Capillary Tube) สำหรับการตรวจโลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นถาดบรรจุซีฟุ้งอุดหลอดเก็บเลือด (Sigillum Wax)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ถาดมีช่องตรงกลางสำหรับใส่ซีฟุ้ง (Sigillum Wax)

1.3.2 มีช่องสำหรับใส่หลอดเก็บเลือด (Capillary Tube) พร้อมตัวเลขกำกับ จำนวน 24 ช่อง

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment) หรือ CE

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พลม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจําแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)

22/ก.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถาดขี้ผึ้งอุดหลอดเก็บเลือด (Sigillum Wax)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

22 ธ.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับแยกเก็บพลาสมา (ACP Double Syringe)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดสัตว์และแยกเก็บพลาสมา เพื่อให้ได้เกล็ดเลือดและ Growth Factor

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นกระบอกฉีดยาแบบ 2 ชั้น (Double Syringe)

1.2.2 สามารถใช้งานกับเครื่องปั่นเหวี่ยงได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- กระบอกฉีดยาแบบ 2 ชั้น (Double Syringe) สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้พอดี

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ (Medical Equipment) หรือ CE

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.ภยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจําแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา โตจินดา)

22 ต.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ อุปกรณ์สำหรับแยกเก็บพลาสมา (ACP Double Syringe)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)
- พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงษ์ มุขาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธิตเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- 22 ต.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0014

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีย้อม Gram Stain

หน่วยนับ ชุด, ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับย้อมสีแกรม (Gram Stain) ของแบคทีเรีย ได้ทั้งแบคทีเรียแกรมบวก และ แบคทีเรียแกรมลบ เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- สีย้อม Gram Stain 1 ชุด ประกอบด้วย สีคริสตัลไวโอเลต (Gram's Crystal Violet Solution), สารละลายไอโอดีน (Gram's Iodine Solution), อะซิโตนแอลกอฮอล์ (Gram's Decolorizer Solution) และ สีซาฟรานิน (Gram's Safranin Solution)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  พอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.ยช.กส.ทบ. ชรก.พลม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)


พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิศา โตจินดา)

22/ต.ก./2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สีย้อม Gram Stain

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.


พ.อ.



รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)


พ.อ.



นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ณัฐพร สาธูเม)

พ.ท.



หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิทยา เสนารัตน์)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

22 ก.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0002

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไมโครไปเปตชนิดปรับปริมาตรได้ (Adjustable Micropipette) ขนาด 10 -100 ไมโครลิตร

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับดูดจ่ายสารละลาย ภายในช่วงปริมาตรที่กำหนด ในห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แสดงปริมาตรเป็นตัวเลข และสามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรได้

1.2.2 การดูดจ่ายสารละลายใช้ระบบลูกสูบ (Piston) โดยที่ Seal O-ring และการสูบ ต้องไม่ใช่สารหล่อลื่น

1.2.3 สามารถฆ่าเชื้อด้วยระบบหม้อนึ่งแรงดันไอน้ำได้ทั้งตัวเครื่อง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นไมโครไปเปตชนิดปรับปริมาตรได้ แบบ Single channel ขนาด 10 -100 ไมโครลิตร

1.3.2 มี Tip Ejector แยกออกเป็นอิสระจากปุ่มควบคุมการดูดจ่าย

1.3.3 ด้ามจับทำด้วยพลาสติก มีความคงทน แข็งแรง

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 มีใบรับรองผ่านการสอบเทียบ (Calibration Certification) จากโรงงานผู้ผลิต


3.3 มีเอกสารคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ชุด


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

0 8 / พ.ย. / 2566

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด. หญิง  กรรมการและเลขานุการ



0 8 พ.ย. 2566


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไมโครไปเปตชนิดปรับปริมาตรได้ (Adjustable Micropipette) ขนาด 10-100 ไมโครลิตร

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สอติ/รส. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
พ.ต.หญิง นพคท. ประจำแผนก ผวผ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(นพกนก พงษ์วิรัช)
08 พ.ย. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สอติ/รส. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
พ.ท.หญิง  ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ./กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณจิตา ไตจินดา)
08 พ.ย. 2566

พ.อ. 
08 พ.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 68 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์

หน่วยนับ แผ่น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับตรวจวัดระดับของสารชีวเคมีต่างๆ ในเลือดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์ (IDEXX Catalyst One Chemistry Analyzer)

1.2.2 แผ่นตรวจสามารถตรวจวัดระดับของสารชีวเคมีได้ครั้งละอย่างน้อยหนึ่งค่าหรือมากกว่า ได้แก่ Albumin (ALB), Alkaline phosphatase (ALKP), Alanine Aminotransferase (ALT), Amylase (AMYL), Aspartate Aminotransferase (AST), Bile Acids (BA), Blood Urea Nitrogen (BUN), Calcium (Ca), Cholesterol (CHOL), Creatine Kinase (CK), Creatinine (CREA), C-reactive Protein (CRP), Fructosamine (FRU), Gamma-Glutamyltransferase (GGT), Glucose (GLU), Lactate (LAC), Lactate Dehydrogenase (LDH), Lipase (LIPA), Magnesium (Mg), Ammonia (NH₃), Phenobarbital (PHBR), Inorganic Phosphate (PHOS), Progesterone (PROG), Symmetric Dimethylarginine (SDMA), Total Bilirubin (TBIL), Total Protein (TP), Total T₄ (TT4), Triglycerides (TRIG) และ Uric Acid (URIC)

ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นแผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีชนิดต่างๆ (Slide)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ


22 ต.ค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ


22 ต.ค. 2567

ข้อสั่งอุปกรณ์ แผ่นตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือดสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)


22 ต.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  นปก. ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

22/ต.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0060

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ยานวดคล้ายกล้ำเนื้อสำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับยานวดคล้ายกล้ำเนื้อ บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ สำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

มีส่วนประกอบ ดังนี้-

1.2.1 MENTHOL	ไม่น้อยกว่า	3.57 %
1.2.2 CAMPHOR	ไม่น้อยกว่า	7.14 %
1.2.3 METHYL SALICYLATE	ไม่น้อยกว่า	42.86 %
1.2.4 OIL OF THYME	ไม่น้อยกว่า	3.57 %

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นน้ำมัน

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 ML. หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.2 ต้องระบุ "วันหมดอายุ (EXP. DATE)" บริเวณบรรจุภัณฑ์

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน (EXPIRY DATE) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ ยานวดคล้ายกล้ำเนื้อสำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิรินทร์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6505 - V - 61 - S - 0148

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)

หน่วยนับ แอมพูล, ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นตัวทำละลายยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- น้ำกลั่นปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวใส

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธววงศ์)

10 กย. 2561


พ.อ.



10 กย. 2561


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำกลั่นละลายยาฉีด (Sterile Water for Injection)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0129

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโอสเซเบิล

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับในงานด้านสัตวแพทย์ และงานวิจัยพัฒนาทดสอบ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 กระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและไม่ประกอบด้วยสารเป็นพิษและไม่มีสารไพโรเจน

- 1.2.2 มีขีดแบ่งปริมาตรมิลลิลิตรที่ข้างหลอด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นกระบอกฉีดยาพลาสติกใส

- 1.3.2 มีขนาดบรรจุกระบอกละ 1, 3, 5, 10, 20, 50 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการ

จัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงษ์ มุธาวงค์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกฉีดยาดีสโพสเซเบิล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต. 

ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ หิวขศรี)

พ.อ. 

นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ


(จีรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ. 

รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0122

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพสเสเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวเข็ม (HUB) มีขนาดพอดีกับปลายกระบอกฉีดยา, ตัวเข็ม (SHAFT) เป็นส่วนที่ต่อจากหัวเข็ม และปลายเข็ม (BEVEL) มีลักษณะเป็นทอกลวงปลายแหลมบาก

1.2.2 ตัวเข็มทำจากโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL)

1.2.3 หัวเข็มทำจากพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดต่าง ๆ เช่น เบอร์ 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27

1.3.2 เข็มมีความยาวขนาดต่าง ๆ เช่น 3/8 , 5/8 , 1 , 1½ , 2 นิ้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ


- ตามมาตรฐานในการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยาดีสโพลเซเบิล (DISPOSABLE NEEDLE) ขนาดต่าง ๆ


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวุฒน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0082

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ (Intravenous Catheter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับแทงเข้าเส้นโลหิตของสัตว์ เพื่อให้การให้สารละลาย หรือเลือดเข้าสู่โลหิต โดยสามารถอยู่ในเส้นโลหิตได้นาน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 แคตทีเตอร์ (Catheter)

1.2.1.1 ทำจากสารสังเคราะห์ที่ไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกาย

1.2.1.2 มีลักษณะโปร่งใส เพื่อให้เห็นโลหิตไหลกลับได้ดี

1.2.1.3 มีผนังบางช่วยเพิ่มอัตราไหลของสารละลายและเลือด

1.2.1.4 เคลือบด้วยซิลิโคน เพื่อเพิ่มความลื่นในการใช้งาน

1.2.1.5 ปลายแคตทีเตอร์มีลักษณะเรียบและแนบสนิทกับช่วงต่อของปลายเข็มชั้นใน ทำให้ง่ายต่อการแทงเข้าเส้นโลหิต

1.2.1.6 หัวต่อแคตทีเตอร์ มีสีต่างๆ ซึ่งสีเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกขนาดของ แคตทีเตอร์ไปด้วยในตัว

1.2.2 เข็มนำ

1.2.2.1 ทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม

1.2.2.2 ปลายเข็มผ่านการลับคมเป็นพิเศษ เคลือบด้วยซิลิโคนช่วยให้การแทงเข็มเข้าสู่เส้นโลหิตได้สะดวกและลดอันตรายอันจะเกิดกับผิวหนัง และเนื้อเยื่อของเส้นโลหิต

1.2.2.3 ท่อต่อหัวเข็ม (ด้ามจับ) มีลักษณะแข็ง ขนาดความยาวพอเหมาะง่ายต่อการจับ และสะดวกในการควบคุมการแทงแคตทีเตอร์และสามารถมองเห็นโลหิตที่ไหลย้อนกลับได้สะดวก

1.2.2.4 มีแผ่นกรองปิดด้านท้ายต่อหัวเข็ม เพื่อกันไม่ให้เลือดไหลมาปนเปื้อน

1.2.3 การบรรจุ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ แต่ละอันผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อและมีการบรรจุได้ในแบบใด แบบหนึ่งดังนี้

1.2.3.1 บรรจุในภาชนะ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นกระดาษเคลือบด้วยพลาสติก (Blister pack)

ชั้นในเป็นบล็อกหุ้มเข็ม

1.2.3.2 บรรจุในกระสวยพลาสติก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ด้านนอกเป็นพลาสติก และมีแกนเหล็กอยู่ตรงกลาง สามารถแยกออกจากกันได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในกล่องๆละ 50 อัน หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 บรรจุและหีบห่อที่มั่นคงแข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

2.3 ขนาดของ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

พ.อ. 

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ไอ.วี. แคตทีเตอร์ (Intravenous Catheter)


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ที่กล่องบรรจุแต่ละกล่องจะต้องกำหนดวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
- 3.2 มีอายุของผลิตภัณฑ์ นับในวันส่งมอบไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิ์นันท์)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.1 กส.ทบ. /

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 

22 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0126

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เช็มเย็บแผล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ เล่ม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเย็บแผล ให้ประกอบกับคีมจับเช็มเย็บแผล และวัสดุเย็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ปลายแหลมของเช็มมีชนิดปลายเหลี่ยม และชนิดปลายกลม
- 1.2.2 ความโค้งของเช็มมีชนิดโค้งครึ่งวงกลม (1/2 CIRCLE) และชนิดโค้ง 3/8 ของวงกลม (3/8 CIRCLE)
- 1.2.3 ก้านเช็มมีรูสำหรับร้อยวัสดุเย็บแผล โดยมีร่องสำหรับกดวัสดุเย็บแผลเข้ารู
- 1.2.4 ขนาดของเช็ม ได้แก่ เบอร์ 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22 และ 25 หรือตามที่ทางราชการจะ

กำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นเช็มโค้ง ทำด้วยโลหะปลอดสนิม (stainless steel)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.ร.พ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 


10 ต.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเย็บแผล สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กทบ.กส.ทบ. (แผนกส่งกำลัง โทร.ทบ. ๕๐๕๒๙)

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๕๗๐๙

วันที่ ส.ค. ๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวรในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย กส.

เรียน จก.กส.ทบ.

เห็นควรอนุมัติตามที่ กทบ.กส.ทบ. เสนอในข้อ ๔ และลงนามในร่างหนังสือ ที่แนบ

พ.อ.

นปก. ประจำ กส.ทบ.

๑๐ ส.ค. ๖๓

- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๔.
- ลงนามให้แล้ว

พล.ต.

จก.กส.ทบ.

๑๑ ส.ค. ๖๓ พ.อ.

พ.อ.

รอง จก.กส.ทบ.(๑)

ส.ค. ๖๓

พ.อ.

เสธ.กส.ทบ.

๑๐ ส.ค. ๖๓



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กกบ.กส.ทบ. (แผนกส่งกำลัง โทร.ทบ. ๕๐๕๒๙)

ที่ ต่อ กท ๐๔๔๘.๕/๕๗๐๙

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓,

เรื่อง ขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวรในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ สาย กส.

เรียน จก.กส.ทบ.

อ้างถึง ๑. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๒๔/๖๐ ลง ๑๗ พ.ย. ๖๐

๒. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๑๙/๖๒ ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒

๓. คำสั่ง กส.ทบ. ที่ ๘๗/๒๕๖๓ ลง ๑๙ ก.พ. ๖๓

๑. ด้วย กวก.กส.ทบ. ได้จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส. จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อสนับสนุน นขต.กส.ทบ. ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ. และของ ทบ. ได้ร่วมประชุมตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสมแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ. ตามอ้างถึง ๓ เรียบร้อยแล้ว

๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาคราวหนึ่งในราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕๐,๐๐๐.- บาท และวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ/เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษ มีอำนาจในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สป. ของหน่วยได้เอง ตามคำสั่ง ทบ. ที่อ้างถึง ๒

๓. กกบ.กส.ทบ. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขออนุมัติคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส. ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติให้ใช้ของคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส. จำนวน ๑๐ รายการ

๓.๒ มีหนังสือส่งสำเนาอนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส. ตามข้อ ๑ ไปยัง กบ.ทบ. ต่อไป

๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้-

๔.๑ กรณออนุมัติตามที่ กกบ.กส.ทบ. พิจารณาในข้อ ๓.

๔.๒ ให้ กวก.กส.ทบ. เก็บเรื่องไว้เป็นหลักฐาน.

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ และลงนามในร่างหนังสือฯ ที่แนบ

พ.ท.

(รักพงษ์ ตาใจ)

ทน.ผสส.กกบ.กส.ทบ. ทำการแทน

ทก.กกบ.กส.ทบ.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 63 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็น

หน่วยนับ ขวด, แกลลอน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับย่อยสลายของเสีย และกำจัดกลิ่นเหม็น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

ส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่

1.2.1 มีจุลินทรีย์ เช่น *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus panthotentius*, *Thiobacillus denitrificant* และจุลินทรีย์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลาย

1.2.2 วิตามิน สารอาหาร และแร่ธาตุที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.



07 ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ จุลินทรีย์ย่อยสลายของเสียและกำจัดกลิ่นเหม็น


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผพพ.คสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(อีระ สมจิตประเสริฐ)

0 7/ส.ค. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

0 7/ ส.ค. 2563

พ.อ. 

0 7/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 - V - 61 - S - 0123

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

หน่วยนับ ม้วน , กรัม

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นสิ่งอุปกรณ์ในทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากฝ้ายแท้จากธรรมชาติ ปลอดเชื้อ ปราศจากสารเรืองแสง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วนกลม หรือตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ


- มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 กรัม หรือ 450 กรัม หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ. 
20, ส.ค. 2561


ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ สำลี

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)
พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัต์ว ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)
20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศรินทร์ ทวีขศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)
27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0132

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันแผลชนิดยึดได้

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยผ้ายึด

1.2.2 มีวัสดุยึดใช้สำหรับเกี่ยวจำนวน 2 อัน เมื่อพันเสร็จแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผ้าพันแผลชนิดยึดได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินันท์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันแผลชนิดยัดได้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 59 - S - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ	อัน
๑	๑
๒	๒
๓	๓
๔	๔
๕	๕
๖	๖
๗	๗
๘	๘
๙	๙
๑๐	๑๐
๑๑	๑๑
๑๒	๑๒
๑๓	๑๓
๑๔	๑๔
๑๕	๑๕
๑๖	๑๖
๑๗	๑๗
๑๘	๑๘
๑๙	๑๙
๒๐	๒๐
๒๑	๒๑
๒๒	๒๒
๒๓	๒๓
๒๔	๒๔
๒๕	๒๕
๒๖	๒๖
๒๗	๒๗
๒๘	๒๘
๒๙	๒๙
๓๐	๓๐
๓๑	๓๑
๓๒	๓๒
๓๓	๓๓
๓๔	๓๔
๓๕	๓๕
๓๖	๓๖
๓๗	๓๗
๓๘	๓๘
๓๙	๓๙
๔๐	๔๐
๔๑	๔๑
๔๒	๔๒
๔๓	๔๓
๔๔	๔๔
๔๕	๔๕
๔๖	๔๖
๔๗	๔๗
๔๘	๔๘
๔๙	๔๙
๕๐	๕๐
๕๑	๕๑
๕๒	๕๒
๕๓	๕๓
๕๔	๕๔
๕๕	๕๕
๕๖	๕๖
๕๗	๕๗
๕๘	๕๘
๕๙	๕๙
๖๐	๖๐
๖๑	๖๑
๖๒	๖๒
๖๓	๖๓
๖๔	๖๔
๖๕	๖๕
๖๖	๖๖
๖๗	๖๗
๖๘	๖๘
๖๙	๖๙
๗๐	๗๐
๗๑	๗๑
๗๒	๗๒
๗๓	๗๓
๗๔	๗๔
๗๕	๗๕
๗๖	๗๖
๗๗	๗๗
๗๘	๗๘
๗๙	๗๙
๘๐	๘๐
๘๑	๘๑
๘๒	๘๒
๘๓	๘๓
๘๔	๘๔
๘๕	๘๕
๘๖	๘๖
๘๗	๘๗
๘๘	๘๘
๘๙	๘๙
๙๐	๙๐
๙๑	๙๑
๙๒	๙๒
๙๓	๙๓
๙๔	๙๔
๙๕	๙๕
๙๖	๙๖
๙๗	๙๗
๙๘	๙๘
๙๙	๙๙
๑๐๐	๑๐๐

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายของสัตว์

1.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

- 1.2.1 ต้องสามารถวัดช่วงอุณหภูมิได้ 32 – 43.9 องศาเซลเซียส
- 1.2.2 ความแม่นยำ +/- 0.1 องศาเซลเซียส
- 1.2.3 หน้าจอเรืองแสงได้ สามารถใช้งานในที่มืดได้
- 1.2.4 ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

1.3 คุณสมบัติในการออกแบบ

- มีหน้าปัดบอกอุณหภูมิเป็นตัวเลข และส่วนปลายมีตัวรับความร้อนจากร่างกายสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ## 2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

- 2.2 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ของตัวอย่างที่จะนำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ
- 3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

70.55.

100-2559

[illegible]

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.

กรรมการ

(ไชยา กลั่นพยอม)

พ.ท.

นายทหารฝ่ายส่งกำลังบำรุง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(เกรียงไกร อุปลา) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง *Prasitida Tojintana* ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

18/เมย. 2559

พ.อ.ดร.

18 เมย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - V - 61 - P - 0368

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับสัตว์ (FENESTRATED SURGICAL DRAPE)

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นผ้าคลุมสำหรับการผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เนื้อผ้าทำจากผ้าฝ้าย หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน มีสีเขียวเข้มตามมาตรฐานสากล

1.2.2 ผ้าทั้งผืนเป็นรูปสี่เหลี่ยม บริเวณด้านในผืนผ้าเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดต่างๆ กัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายขนาด ได้แก่

1.3.1.1 ขนาดเล็ก

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 70 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 70 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 3 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 6 ซม.

1.3.1.2 ขนาดกลาง

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 70 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 100 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 4 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 15 ซม.

1.3.1.3 ขนาดใหญ่

- ผ้า กว้างไม่เกินกว่า 130 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 140 ซม.
- หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้างไม่เกินกว่า 10 ซม. ยาวไม่เกินกว่า 30 ซม.

1.3.2 ผ้าเป็นสีเขียวเข้ม

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ขนาดของผ้าขนาดเล็ก , ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


22 ม.ค. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าคลุมผ่าตัดสำหรับสัตว์ (FENESTRATED SURGICAL DRAPE)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลายเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

พ.ท.  ทน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

22/ม.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

25 ม.ค. 2561

พ.อ. 

22 ม.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 - V - 61 - S - 0098

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถู่มืออย่างทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

หน่วยนับ ชิ้น,กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมมือ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ในขณะทำการรักษาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยยางอย่างดี ทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

1.2.2 มีขนาดเบอร์ S, M, และ L หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ทำเป็นรูปมือ มี 5 นิ้ว สอดมือเข้าไปได้ยาวถึงข้อมือ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.


20/ส.ค. 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ถูกมีย่างทั่วไปใช้ในการสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)

พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีขศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.ทน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
20/ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 – V – 61 – S – 0136

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว (Mask Disposable)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันกลิ่น ฝุ่นควัน และเชื้อโรคในอากาศ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือเนื้อเยื่อ (Mucous Membrane)

1.2.2 แผ่นกรองที่เป็นผ้าไม่ทอหรือทำด้วยใยสังเคราะห์ เช่น Polypropylene และต้องปราศจากใยแก้ว

1.2.3 แผ่นที่ใช้ประกบแผ่นกรอง ควรทำจากวัสดุที่ไม่เกิดเศษเส้นใยและปราศจากกลิ่นผิดปกติ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 9.5 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 17.5 เซนติเมตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 มีสายคล้องหู และแถบปรับกระชับตึงจุก ทำจากวัสดุที่ตัดได้ เช่น อลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าและต้องยึดแน่น ไม่มีส่วนใดยื่นออกจากหน้ากาก

2. การบรรจุและหีบห่อ


- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
10 ก.ย. ๒๕๖๑

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หน้ากากอนามัยชนิดใช้ครั้งเดียว (Mask Disposable)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

10 ก.ย. 2561


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 67 - S -0095

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รองเท้ายางกันเปื้อนชนิดยาว (ไม่ผ้าด้านใน)

หน่วยนับ คู่

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ใส่เพื่อปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์ หรือเกษตรกรรม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นรองเท้ายางแบบยาว ทำจาก PVC

1.2.2 พื้นยางเป็นลายกันลื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดเบอร์ 9.5 - 12 ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว สูงไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว

1.3.2 เป็นสีดำ หรือสีขาว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

ร.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

2 พ.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


ร.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ


2 พ.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ รองเท้ายางกันเปื้อนชนิดยาว (ไม่บุฟ้านใน)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

ร.อ. 
(ณพล มนูญผล)


นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สท.ศสท.กส.ทบ./ กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(บัวณิธิดา ไตจินดา)


ประจำแผนก ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

21 ก.พ./2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดิ์ดาเดช ประเสริฐศรี)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุฮ้างค์)

นปท.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย

พ.ท. 
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

หน.แผนกสมพันธ์ ชรก.รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ./ กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. 
(ณพล มนูญผล)

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สท.ศสท.กส.ทบ./ กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

21 ก.พ./2567



บริษัท ทีแอนด์ที เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
T&T Great Corporation Co., Ltd.

95 ถนนราชดำริห์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 (สำนักงานใหญ่)
95 Ratchadamri Rd., Phra Pathom Chedi, Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Pathom, 73000 (Head Office)
Tel : 0819472545 E-mail : tatkrat@hotmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-7355-57005-89-1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เรียน คณะกรรมการสืบราคา

ข้าพเจ้า บริษัท ทีแอนด์ที เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายวัชรินทร์ แสงศิริพัฒน์ ขอแจ้งราคา
รองเท้ายางกันเปื้อนชนิดยาว ให้ทราบดังนี้.-

ที่	รายการ	ราคา/หน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	รองเท้ายางกันเปื้อนชนิดยาว เบอร์ 11 ยี่ห้อ PIPES ประเทศไทย	190.00	1 คู่	190.00	กำหนด ยื่นราคา 90 วัน

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ


บริษัท ทีแอนด์ที เกรท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
T&T Great Corporation Co., Ltd.

ลงชื่อ.....

(...นายวัชรินทร์ แสงศิริพัฒน์...)

ตำแหน่ง.....ผู้จัดการ.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 61 - S - 0138

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นถุงมือใช้สวมในการล้างทวารหนักของสัตว์ใหญ่ เพื่อคลำตรวจระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ตรวจครรภ์ ใช้ในการผสมเทียม เป็นต้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นถุงมือทำด้วยพลาสติกชนิดบาง คุณภาพดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาดยาวโดยตลอดไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุในกล่องๆ ละ 50, 100 หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในห้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561


พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถู่มือ 5 นิ้ว ยาวตลอดแขน


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 63 - S - 0018

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขอบยาพลาสติกแบบมีซิป (Zip Plastic Sac) สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ของ, ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรจุยาสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีความเหนียวไม่ขาดง่าย

1.2.2 เนื้อพลาสติกมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.12 มม.

1.2.3 ปากของมีซิปปิด - เปิด สามารถปิดช่องได้สนิท

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีหลายรูปแบบ เช่น ขอบพลาสติกใส ขอบพลาสติกสีขา ขอบพลาสติกสีส้มหรือ ขอบพลาสติกพิมพ์วิธีการใช้ยาหรือการกินยา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 เป็นขอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 8 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 


0 7/ ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขงยาพลาสติกแบบมีซิป (Zip Plastic Sac) สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผพพ.ศสท.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ธีระ สมจิตประเสริฐ)

07/ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(อัญญากรณ์ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

07 ส.ค. 2563

พ.อ. 

07/ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6532 - V - 61 - S - 0135

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อผ้าตัดแขนสั้น

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นชุดปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สวมใส่ขณะผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เสื้อเป็นเสื้อคอกลมหรือคอวีแขนสั้นเนื้อข้อศอก ไม่มีกระดุมใช้วิธีการสวมศรีษะเท่านั้น

1.2.2 สามารถระบายอากาศได้ดี ทำจากผ้าฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ หรือผ้าทนความร้อนสูง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขนาด S, M, L, XL, XXL หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ เสื้อผ้าตัดแขนสั้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิริจันทร์ ทวีศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6640 - V - 61 - S - 0127

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดโกน

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้โกนขนสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นใบมีดโกน ทำด้วยโลหะสแตนเลส

1.2.2 ตรงกลางใบมีดเป็นร่องโดยเฉพาะ สำหรับประกอบกับอุปกรณ์โกนขน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ใบมีดโกน กว้างไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร

1.3.2 มีส่วนคม ตามความยาวทั้งสองด้าน ส่วนคมยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.




รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุขาวงศ์)

10/ก.ย. 2561


พ.อ.



10 ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดโกน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0128

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

หน่วยนับ ใบ, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับผ่าตัดสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นใบมีดผ่าตัดทำด้วยโลหะปลอดสนิม

1.2.2 การใช้ต้องติดกับด้าม ซึ่งมีร่องที่สอดเข้าพอดีและติดแน่น

1.2.3 ใช้กับด้ามมีด เบอร์ 4

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นมีดคมโค้งปลายแหลม

1.3.2 เป็นใบมีดเบอร์ 20, 21 หรือตามที่ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.



ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)


พ.อ.



รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสินธุ์)

พ.อ.



รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

10/ก.ย. 2561


พ.อ.




10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใบมีดผ่าตัด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดณ์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12/ก.ย. 2561

พ.อ. 

10 ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 63 - S - 0012

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าขนหนูเช็ดมือในห้องปฏิบัติการ

หน่วยนับ ผืน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เช็ดมือขณะปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากผ้าใยฝ้าย (Cotton) หรือผ้าใยฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า เนื้อนุ่มและดูดซับน้ำได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. และความยาวไม่น้อยกว่า 60 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในห้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธิพร เพ็ชรชนะ)

ร.อ.  ประจำ ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พรสุวรรณ สมประสงค์)


- 7 พ.ค. 2563

พ.อ. 

- 7/พ.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ่าชนหนูเข้คมือ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อัญญากรณ์ เตียตระกูล)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมีนเดช)

15 พค. 2563

พ.อ.  กนก

- 7/ พค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 8105 - V - 66 - S - 0002

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถังใส่ซากสัตว์

หน่วยนับ กิโลกรัม, ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ซากสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากพลาสติกคุณภาพดี มีความเหนียว ทนทาน ไม่ขาดง่าย และรับน้ำหนักได้ดี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นถุงดำรูปสี่เหลี่ยม มีขนาดต่าง ๆ ได้แก่ 18X20 นิ้ว, 22X30 นิ้ว, 24X28 นิ้ว, 26X30 นิ้ว, 28X36 นิ้ว, 30X40 นิ้ว, 36X45 นิ้ว, 40X60 นิ้ว, 45X60 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.ท. ๖๒. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ๖๓. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

28 ก.พ. 2565

พ.อ.

28 ก.พ. 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงใส่ซากสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิรวัดน์ ปัญควิจฉณาน)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)

28/กพ. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๑ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิรวัดน์ ปัญควิจฉณาน)
- พ.ท.  ผอ.รพ.สัตว์ กสช.๒ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อภิชัย ทองศรีรักษ์)
- พ.ต.  นายทหารสัตวแพทย์ ม.พัน๒๙ รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ชัยพล ลาภจิตร)
- ร.อ.  ทนท.อายุรกรรมสัตว์ รพ.สัตว์ กสช.๓ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วสุคม ณรงค์พันธ์)

28/กพ. 2565

พ.อ. 
28/กพ. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 63 - S - 0004

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางสอดจมูก (Stomach tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสอดเข้ารูจมูกเข้าไปยังกระเพาะอาหาร เพื่อนำของเหลวหรือยาส่งตรงไปยังกระเพาะอาหาร หรือเอาของเหลวที่เป็นพิษในกระเพาะอาหารออกมา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายยางทำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่นสูง ไม่กรอบแข็ง ไม่หักง่าย ไม่มีรอยแตกร้าว และน้ำไม่ไหลซึมออกมาตลอดทั้งเส้น

1.2.2 ปลาสายยางด้านที่สอดเข้ากระเพาะอาหารมีความมน ไม่คม และมีรูทางด้านข้างไม่น้อยกว่า 1 รู

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- สายยางมีหลายขนาด ได้แก่ ขนาดลูกม้า (Foal), ขนาดเล็ก (S), ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.

กมล งาม

23/เม.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางสอดจมูก (Stomach tube)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒน์พล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(พุทธร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผศก./สวติ/รส. รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.
(กรพล ปุญญะสิทธิ์) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
23/เมย. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวรรณ เตียตระกูล)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวรรณ มากทรัพย์)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ. / กรรมการ
(ไพศาล หมีนเดช)

01 พ.ค. 2563

พ.อ. 
23/เมย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6640 - V - 59 - S - 0031

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดต่อให้สารน้ำ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV Fluid extension tube)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ต่อขยายระบบให้สารน้ำ หรือต่อพ่วงกับอุปกรณ์การให้สารน้ำอื่นๆ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- เป็นสายหลอดใสผลิตจาก Polyvinyl chloride (PVC) คุณภาพสูง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ยืดหยุ่นได้ดี ไม่หักงอ มีความทนทานต่อไขมันและแอลกอฮอล์ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Ethylene oxide sterilization (ETO)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 สายหลอดใสมีความยาวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

- 1.3.2 หัวสายปลายด้านหนึ่ง มีหัวหุ้มปลายต่อเข้าได้กับอุปกรณ์ให้สารน้ำแบบ 3 ทาง หรือหัวเข็มฉีดยา ส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีหัวต่อสำหรับเชื่อมต่อกับกระบอกฉีดยา หรืออุปกรณ์ให้สารน้ำอื่นๆ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- 3.2 มีข้อกำหนดการใช้ แหล่งผลิตและชื่อโรงงานที่ผลิตที่ได้มาตรฐานสากล
- 3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไป

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.ช.ค.

29 ส.ค. 2559

อ.ผู้จัด ๐๑.กจ.ท.ม. พายัพกิจ ๒๕๕๙ กจ.ท.ม.ที่ กจ.๐๔๔๘.๕/๕๘๗๖

๒๖ ๓๑ ๕๐.๕๙

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดต่อสายน้ำเกลือ สำหรับใช้ในสัตว์ (IV fluid extension tube)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส โหยงไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(ไชยา กลิ่นพยอม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.ต.

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ)

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.ต.

(เอกลักษณ์ ทองคำ)

นายทหารสัตวรักษ์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ฯ /
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
และเลขานุการ

29 ส.ค. 2559

พ.ร. ๓๖

29 ส.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 61 - S - 0131

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปิดแผลสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำด้วยเส้นใยผ้าสีขาวทอด้วยเส้นด้ายขนาด 24X20 ช่อง (เส้นยืน 24 เส้นต่อนิ้ว และด้ายพุ่ง 2 เส้นต่อนิ้ว)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ชนิดม้วนเล็ก มีความกว้างไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (7.5 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา (450 เซนติเมตร)

1.3.2 ชนิดม้วนใหญ่ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 36 นิ้ว (90 เซนติเมตร) ยาวไม่น้อยกว่า 100 หลา

(9,000 เซนติเมตร)

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิพันธ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุราวงค์)


10 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อชปิดแผล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวิชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 ก.ย. 2561

พ.อ. 

10/ก.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 - V - 61 - S - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับประกอบการทำแผลของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- วัสดุทำด้วยผ้าหรือพลาสติก หน้าหนึ่งฉาบด้วยวัสดุไม่เป็นพิษ มีความเหนียวเพื่อให้ยึดติดกับวัสดุทำแผลและผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 450 เซนติเมตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒน์พล พลเยี่ยม)


พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(สุรพงษ์ สิริสิทธิรัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)


10/ก.ย. 2561

พ.อ. 


10/ก.ย. 2561

ข้อสั่งอุปกรณ์ เทปเหนียวปิดแผล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีชศรี)

พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

12 กย. 2561

พ.อ. 

10/กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 65 - S - 0044

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับพันปิดแผลหลังการผ่าตัด หรือพันเพื่อกระชับกล้ามเนื้อและรองรับเฉพาะส่วน ใช้ป้องกันอาการบาดเจ็บ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ทำจากยางธรรมชาติ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า ซึ่งสามารถยึดติดกับตัวเอง โดยไม่ต้องใช้การหรืออุปกรณ์อื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นม้วน มีขนาดความกว้างต่างๆ ได้แก่ 2, 3, 4 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 5 หลา ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ




28/ต.ค. 2564


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปพันแบบยึดหยุ่น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผคก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)

พ.ท.  ทน.แผนก ผคสภ.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันธุธิ มณีเทศ)

พ.ท.  ทน.ผว./รบก.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

ร.อ.  ประจำ ผคก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)

28 ต.ค. 2564

พ.อ. 

28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6640 - V - 61 - S - 0111

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ด้ามมีดผ่าตัด (surgical knife handle)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ใบมีดผ่าตัด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำด้วยโลหะปลอดสนิม มีลักษณะแบนยาว

1.2.2 ด้านแบนทั้ง 2 ข้าง มีร่อง เพื่อให้จับได้กระชับ ไม่ลื่น

1.2.3 สามารถนำไปฝังเข้าเนื้อกระดูกด้วยไอน้ำ ภายใต้ความดันสูงได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีหลายขนาด เช่น No.3, No.4, No.7, No.3 long หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่

ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.

๓๖ ๓๗
20, ส.ค. ๒๕๖1

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ ด้ามมีดผ่าตัด (surgical knife handle)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(สุรพงษ์ สิริสิทธิ์นันท์)

พ.ต.หญิง  ประจํา ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริพร สุขพิพัฒนามงคล)

20 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ศิรินทร์ ทวีขศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จีรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ

(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

27 ส.ค. 2561

พ.อ. 
29 ส.ค. 2561

- ฉบับที่ ร.ก.บ.ท. ๓๖๓๕๐ ร.ก.บ.ท. ๓๖๓๕๐ น ๐๔๔.๕/๔๖๐๖ ค. ๗ ก.๑. ๕๙

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โพลีกลายซินิด Polyglycolic acid

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

หน.ผอย.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

- 1 / ก.ค. 2559

พ.อ.ดร.

- 1 / ก.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 - V - 67 - S - 0006

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ข้อต่อให้สารละลายผ่านชนิดสามทาง

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เพื่อให้สารละลายไหลผ่านไปได้

3 ทิศทาง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นข้อต่อทำจากพลาสติกใสคุณภาพดีไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย มีทางให้สารละลายผ่านได้ 3 ทาง

1.2.2 มีที่ปิด-เปิด เพื่อให้สารละลายผ่านไปได้ทางใดทางหนึ่งได้

1.2.3 สามารถใช้ร่วมกับสายให้สารละลาย หรือเลือดได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีลักษณะเป็นข้อต่อแบบ 3 ทาง

1.3.2 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในซองพลาสติกใส ติดกระดาษ แผ่นกั้นซองละ 1 อัน

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุวันผลิต, วันหมดอายุ และ เลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

3. ข้อกำหนดอื่นๆ






3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน




3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ





- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานฯ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ
 ๕ ๓๐ ๒๕๖๕

พ.อ.  ประธานฯ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ
 ๕ ๓๐ ๒๕๖๕







ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ข้อต่อให้สารละลายผ่านชนิดสามทาง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวุฒิ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุขวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณจิตา ไตจินดา)

๑๕ มิ.ย. 25๖๖

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เอกลักษณ์ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒิ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุขวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณจิตา ไตจินดา)

๑๕ มิ.ย. 2566

พ.อ. 

๑๕ มิ.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 67 - S - 0007

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์

หน่วยนับ กล่อง, ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับปิดทับวัสดุยึดแผล เหมาะสำหรับใช้ติดแผลบริเวณที่ต้องมีการเคลื่อนไหวบ่อย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ตัวแผ่นปิดแผลทำจากเส้นใยขึ้นรูปโดยไม่ใช้การถักทอ (Non-Woven)
- 1.2.2 ตัวฉนวนที่ใช้ยึดเป็นกาวโพลีอะครีเลต (Polyacrylate) หรือการยึดที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- 1.2.3 แผ่นปิดแผลยึดติดแผลได้คงทน ระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีขนาดหน้ากว้าง 5, 10 และ 15 เซนติเมตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ






- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ






- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานา
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ





๐ 5 / ๓๐ / 2565

พ.อ.  ประธานา
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ






๐ 5 / ๓๐ / 2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นปิดแผลอเนกประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา โตจินดา)
- 05 ธ.ค. / 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เอกลักษณ์ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา โตจินดา)
- 05 ธ.ค. / 2565

พ.อ. 
05 ธ.ค. / 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 67 - S - 0008

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือยางสำหรับงานศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบปลอดผงแป้ง
(Powder Free Latex Sterile Surgical Gloves)

หน่วยนับ คู่, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับงานศัลยกรรมทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากน้ำยางธรรมชาติปลอดผงแป้ง เคลือบด้วยสาร Polyurethane, Polymer หรือ Nitrile สะดวกในการสวมใส่

1.2.2 เนื้อยางเรียบมีความยืดหยุ่นดี สวมใส่กระชับ ผิวด้านนอกมีการออกแบบเพื่อการหยิบจับเครื่องมือได้มั่นคง

1.2.3 ถุงมือที่ผลิตแล้วผ่านการล้างเพื่อเจือจางสารเคมีหรือโปรตีนตกค้าง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นถุงมือยางธรรมชาติแบบปลอดผงแป้ง ชนิดปราศจากเชื้อ

1.3.2 มีขนาดต่างๆ ได้แก่ เบอร์ 6, 6.5, 7, 7.5 และ 8 ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในซอง 1 คู่ ต่อ 1 ซอง

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุวันผลิต, วันหมดอายุ และ เลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.3 ต้องผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


3.4 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ


พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


๐ 5 ต.ค. 2565


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้




พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

๐ 5 ต.ค. 2565





ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงมือยางสำหรับงานศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อ แบบปลอดผงแป้ง

(Powder Free Latex Sterile Surgical Gloves)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- ๕ ๕๐๐ / ๒๕๖๕




คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- ๕ ๕๐๐ / ๒๕๖๕





พ.อ. 
๕ ๕๐๐ / ๒๕๖๕


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อระบายของเหลวหรือสารคัดหลั่งจากแผลสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)
- ๕ ๖ ต.ค. / 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจลิ้มเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)
- ๕ ๖ ต.ค. 2565

พ.อ. 
๕ ๖ ต.ค. / 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 67 - S - 0010

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กระบอกตวงสเตนเลสแบบมีหูจับ ปริมาตร 5,000 มิลลิลิตร

หน่วยนับ ใบ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่ของเหลวเพื่อตวงหาปริมาตร

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ทำด้วยสเตนเลส เกรด 304 ไม่เป็นสนิมง่าย และทำความสะอาดได้ง่าย

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- เป็นกระบอกตวง มีหูจับ มีความจุ 5,000 มิลลิลิตร มีหน่วยบอกปริมาตร 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500 และ 5,000 มิลลิลิตร

2. การบรรจุหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


0 5 ต.ก. 2565


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้






พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ








0 5 ต.ก. 2565

ข้อสั่งอุปกรณ์ กระบอกตวงสเตนเลสแบบมีหูจับ ปริมาตร 5,000 มิลลิลิตร

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณิดา ไตจินดา)
๕ 5 / ๓๐ / 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณิดา ไตจินดา)
๕ 5 / ๓๐ / 2565

พ.อ. 
๕ 5 / ๓๐ / 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 - V - 67 - S - 0011

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กรวยสำหรับใช้งานทางสัตวแพทย์

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับกรอกของเหลวในงานทางสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 ไม่เป็นสนิมง่าย และทำความสะอาดได้ง่าย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ความกว้างของปากกรวยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร และความกว้างของส่วนปลายกรวยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินกว่า 2 เซนติเมตร

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต








3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ






3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานฯ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ





๐ 5 / ๓๐ / 2565

พ.อ.  ประธานฯ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ







๐ 5 / ๓๐ / 2565

ข้อสั่งอุปกรณ์ กรวยสำหรับใช้งานทางสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณิศา โตจินดา)
- ๕ ๖ / ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณิศา โตจินดา)
- ๕ ๖ ๒๕๖๕

พ.อ. 

๕ ๖ ๒๕๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6510 - V - 67 - S - 0012

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สำลัพันปลายไม้

หน่วยนับ ก้าน, กล้อง, ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับจับหรือทำความสะอาดแผลและบริเวณอื่น ๆ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ส่วนประกอบในไม้ 1 ก้าน ประกอบด้วย

1.2.1 ก้านทำมาจากไม้กลึง ผิวเรียบ ปราศจากเสี้ยนและเชื้อรา

1.2.2 ปลายไม้ด้านหนึ่งพันด้วยลวดที่ทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ 100% ปราศจากสารเรืองแสง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีสำลัพันที่ปลายไม้ 1 ด้าน

1.3.2 มีขนาด S, M, L ซึ่งจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุหีบห่อ

- บรรจุ 100 ก้านใน 1 กล่องหรือซอง

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

3.2 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ





๐ 5 ต.ก. 2565

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ





๐ 5 ต.ก. / 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สำลึ้นปลายไม้

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- ๕ ๖ ๓๓ ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- ๕ ๖ ๓๓ ๒๕๖๕

พ.อ. 
๕ ๖ ๓๓ ๒๕๖๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 67 - S - 0013

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ข้อต่อฉีดยาให้น้ำเกลือในสัตว์ (Heparin Cap)

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับต่อกับหัวเข็มเพื่อให้ยาหรือน้ำเกลือทางหลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกสังเคราะห์

1.2.2 ตัวในมีสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นรูปทรงกระบอกข้างหนึ่งสำหรับต่อกับหัวเข็ม และปลายอีกข้างเป็นจุกยางปิดไว้เพื่อใช้สำหรับแทงเข็มเพื่อฉีดยาหรือน้ำเกลือ

1.3.2 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุหีบห่อ

2.1 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ชนิดสุญญากาศ 1 อัน

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุวันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ






05 ต.ค. 2565

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ







05 ต.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ข้อต่อดัดยาให้น้ำเกลือในสัตว์ (Heparin cap)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงษ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
๕ ๖ ๓๐ / 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เจลิ้มเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงษ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
๕ ๖ ๓๐ / 2565

พ.อ. 
๕ ๖ ๓๐ / 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 - V - 67 - S - 0014

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะไขสันหลัง (Spinal Needle)

หน่วยนับ อัน, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเจาะเข้าไปในไขสันหลังหรือส่วนอื่นๆ ในร่างกายสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเข็มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Spinal Needle)

1.2.2 ตัวเข็มทำด้วยโลหะสแตนเลส (Stainless Steel) เกรดทางการแพทย์ ไม่เป็นสนิม

1.2.3 หัวเข็ม (Hub) ทำจากพลาสติกน้ำหนักเบา มีสีแสดงขนาดตามรหัสสี

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 หัวเข็ม (Hub) มีสีที่สามารถมองเห็นน้ำไขสันหลังหรือของเหลวได้ง่าย

1.3.2 มีเบอร์เข็ม และความยาวต่างๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว ดังนี้-

เบอร์เข็ม (G)	ความยาว (นิ้ว)	เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว (มิลลิเมตร)
18G	3 ½	1.3 x 88
20G	3 ½	0.9 x 88
22G	3 ½	0.7 x 88
22G	4 ¾	0.7 x 120
25G	3 ½	0.53 x 88
25G	4 ¾	0.53 x 120
26G	3 ½	0.47 x 88
27G	3 ½	0.42 x 88
27G	4 ¾	0.42 x 120

1.3.3 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ด. 101001 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง 21001 กรรมการและเลขานุการ

0 ๖ ต.ค. 2565

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ด. 101001 กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง 21001 กรรมการและเลขานุการ

0 5 ต.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มเจาะไขสันหลัง (Spinal Needle)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ฉนวนกันชื้น ท่อละ 1 อัน

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุวันผลิต, วันหมดอายุ และ เลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)


รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงษ์ มุธาวังค์)

นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(ณัฐพร สาธุม)


รอง ผอ. รพ.สัตว ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต. 
(เอกลักษณ์ ทองคำ)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณธิดา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ







05 ต.ค. 2565

พ.อ. 

05 ต.ค. 2565

ข้อสั่งอุปกรณ์ เข็มเจาะไขสันหลัง (Spinal Needle)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวรรณ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สารูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(จิตยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณริดา โตจินดา)

05 ต.ค. / 2565

พ.อ.



05 ต.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6532 - V - 67 - S - 0015

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าสำหรับห่อเครื่องมือสั้วแพทย์

หน่วยนับ ผืน, ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับห่อเครื่องมือสั้วแพทย์ ในขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากผ้าฝ้าย (Cotton 100%)

1.2.2 ตัดเย็บด้วยผ้าหนาสองชั้น

1.2.3 สามารถใช้ได้กับขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผ้าสี่เหลี่ยม มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเย็บขอบทั้งสี่ด้าน

1.3.2 มีขนาดต่างๆ ได้แก่ 10 นิ้ว X 10 นิ้ว, 12 นิ้ว X 12 นิ้ว, 15 นิ้ว X 15 นิ้ว, 20 นิ้ว X 20 นิ้ว, 24 นิ้ว X 24 นิ้ว, 30 นิ้ว X 30 นิ้ว, 36 นิ้ว X 36 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ






2 ๗ ต.ค. 2565

พ.อ. ประธานฯ
 พ.อ. กรรมการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
 พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ






2 ๗ ต.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สำหรับท่อเครื่องมือส้วแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวอร์น มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- 20 ธ.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- 20 ธ.ค. 2565

พ.อ. 
20 ธ.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 67 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมวกคลุมหมอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว

หน่วยนับ ใบ, กล่อง, แพ็ค

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวมคลุมผม เพื่อป้องกัน ฝุ่น สิ่งปลอมปนจากเส้นผม หรือการร่วงของเส้นผมขณะปฏิบัติงานทาง
สัตัวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากเส้นใยสังเคราะห์

1.2.2 มียางยึดเป็นแกนกลางของขอบหมวก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ลักษณะคล้ายตัวนอน มีจีบซ้อนกันตลอดแนว สามารถคลี่ออกได้เมื่อจะใช้งาน

1.3.2 คลุมผมได้มิดชิดรอบศีรษะ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ




20/ต.ก./2565

พ.อ. ประธานฯ
พ.อ. กรรมการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ







20/ต.ก./2565


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หมวกคลุมผมอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
20 ต.ค. / 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลศิริภักดี)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
20 ต.ค. / 2565

พ.อ. 
20 ต.ค. / 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6532 - V - 67 - S - 0017

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อคลุมผ่าตัดแขนยาว (Surgical Gown)

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สวมคลุมเพื่อทำการศัลยกรรมทางสัตวแพทย์ หรือขณะปฏิบัติงานในสภาวะปลอดเชื้อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ประเภทโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ผสมกับผ้าฝ้าย (Cotton) ที่มีจำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว ไม่น้อยกว่า 210 เส้น หรือผ้าฝ้าย ที่มีจำนวนเส้นด้ายต่อตารางนิ้ว ไม่น้อยกว่า 140 เส้น หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.2.2 มีสายรัดเอวเย็บติดด้านหน้า และปล่อยปลายสายไว้เพื่อผูกด้านหลัง หรือมีเชือกผูกด้านหลัง

1.2.3 ปลายแขนทั้ง 2 ข้าง มีลักษณะกระชับข้อมือ ทำจากผ้าใยสังเคราะห์ (Polyester) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเสื้อคลุมผ่าตัด คอกลม แขนยาว สีเขียว

1.3.2 เสื้อคลุมมีขนาด S, M, L และ XL ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 สามารถซักและอบฆ่าเชื้อในอุณหภูมิสูงได้

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ


2 0 / ๓๓ / 2555


พ.อ.  ประธานฯ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้



พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ



2 0 / ๓๓ / 2555


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เสื้อคลุมผ่าตัดแขนยาว (Surgical Gown)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวพันธ์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- 20 ต.ค. / 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุราวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
- 20 ต.ค. / 2565

พ.อ. 
20 ต.ค. / 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6532 - V - 67 - S - 0018

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดสกรับ

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นชุดสำหรับสวมใส่ขณะปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ประเภท Polyester ผสมกับผ้าฝ้าย (Cotton) หรือผ้าฝ้าย หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพ

เทียบเท่ากันหรือดีกว่า ระบายอากาศได้ดี ทนทาน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1. ตัวเสื้อ มีลักษณะเป็นคอกลม หรือ คอวีไม่มีปก ด้านหน้ามีกระเป๋ายาวน้อย 2 ใบ กางเกงมีลักษณะเป็น กางเกงขาสั้น โดยสีเสื้อและกางเกงเป็นสีเดียวกัน ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2. เสื้อและกางเกงมีขนาด S, M, L และ XL ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2 การบรรจุและหีบห่อ

- เป็นไปตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3 ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ






20 ต.ค. 2565

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

20 ต.ค. 2565






ข้อสั่งอุปกรณ์ ชุดสกรับ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.


- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวรรณ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณริตา ไตจินดา)

20/01/2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณริตา ไตจินดา)

20/01/2565

พ.อ. 
20/01/2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 - V - 67 - S - 0019

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อสวนปัสสาวะในร่ม

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสวนเข้ากระเพาะปัสสาวะของม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายสวน ทำจากวัสดุสังเคราะห์ มีคุณสมบัติ เรียบลื่น ไสและยืดหยุ่น ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หรือ วัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.2.2 สลายนํ้าการใส่ (Stylet) ทำจากวัสดุสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุดประกอบด้วย

1.3.1 ใน 1 เส้น ประกอบด้วย สายสวนและสลายนํ้าการใส่ โดยสายสวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6.6 - 7.3 มิลลิเมตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว และมีขนาดความยาวของสายไม่น้อยกว่า 135 เซนติเมตร ปลายสายทั้ง 2 ด้านเป็นลักษณะรูเปิด ปลายสายด้านหนึ่งมีลักษณะกลมมน และมีรูระบายด้านข้าง และสลายนํ้าการใส่ (Stylet) มีความยาวไม่น้อยกว่าสายสวน

1.3.2 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในซองที่ปิดสนิท บรรจุ 1 เส้น ต่อ 1 ซอง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


2.2 มีการระบุ วันผลิตและวันหมดอายุ ให้เห็นบนซองอย่างชัดเจน


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด


พ.อ.  ประธานา

พ.อ.  กรรมการ


พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

20 ต.ค. 2565

พ.อ.  ประธานา

พ.อ.  กรรมการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้





พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ






20 ต.ค. 2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อสวนปัสสาวะในน้ำ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวังศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)
- 20/ต.ก./ 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เลศม์เกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวังศ์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปรีณิธิดา ไตจินดา)
- 20/ต.ก./ 2565

พ.อ. 
20/ต.ก./ 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คอ. 3770 - V - 65 - S - 0042

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาวแนกประสังค์ ใช้ในทางสัตวแพทย์

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับยึดติดสายน้ำเกลือเข้ากับตัวสัตว์ขณะให้น้ำเกลือ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสารชนิด ไฮยาโนอะครีเลต ที่ใช้เป็นสารยึดติด (adhesive)

1.2.2 ไม่เป็นสารไวไฟ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวสำหรับใช้ภายนอก

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ วันผลิตและ/หรือวันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 
(อภิชาติ บัวสุไร)
ประธานคณะกรรมการ
11/5/65





พ.อ.






28/ต.ค. 2564


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ กาวอเนกประสงค์ ใช้ในทางสัตวแพทย์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(มนัส ไหยังไทย)
พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ณัฐพร สาธุม)
พ.ท.  ทน.แผนก ผศส.กค.กส.ทบ. / กรรมการ
(พันฤทธิ มณีเทศ)
พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
ร.อ.  ประจำ ผศก./สุติ/รส.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ภัทรพงศ์ สวนอ้อย)
28 ต.ค. 2564

พ.อ. 
28 ต.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6515 - V - 67 - S - 0020

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มปักฝีเส้น (Scalp Vein)

หน่วยนับ กล่อง, อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้แทงเข้าหลอดเลือด เพื่อให้สารน้ำเข้าทางหลอดเลือดดำของสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค








1.2.1 ตัวเข็มทำด้วยโลหะสแตนเลส (Stainless steel) เกรดทางการแพทย์ ไม่เป็นสนิม ที่มีความคมเหมาะสมกับการใช้งานตามมาตรฐานสากลทางการแพทย์

1.2.2 ส่วนโคนของเข็ม เป็นแผ่นพลาสติก ทำเป็นปีก สำหรับจับเพื่อแทงเข็มเข้าหลอดเลือด และเป็นที่ยึดเข็มให้อยู่กับที่ มีสีแสดงขนาดของเข็มตามรหัสสี







1.2.3 สายพลาสติก

1.2.3.1 ทำจากวัสดุสังเคราะห์เอทิลีน หรือ PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันหรือดีกว่า มีคุณสมบัติ Non-Toxic ใสและนิ่ม

1.2.3.2 ปลายด้านหนึ่งยึดแน่นกับเข็ม และปลายอีกด้านหนึ่งยึดกับหัวต่อพลาสติก เพื่อให้สวมกับข้อต่อปลายล่างของชุดให้น้ำเกลือและชุดให้เลือดได้แน่นสนิท

พ.อ.  ประธานฯ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

20 ต.ค. 2555

พ.อ.  ประธานฯ
 พ.อ.  กรรมการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิชาการ
 พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ต.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
 พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

20 ต.ค. 2555

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มปักฝีเส้น (Scalp Vein)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นเข็มแทงเข้าหลอดเลือด มีที่สำหรับยึดติดกับเข็มให้อยู่กับที่ ไม่เลื่อนหลุด

1.3.2 เข็มปักฝีเส้นมีขนาดและความยาวต่างๆ ดังนี้

เบอร์เข็ม (G) เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก (O.D)	ความยาวเข็ม	รหัสสี	ความยาวท่อ
18 G (1.25 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	ชมพู	30 ซม.
19 G (1.08 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	ครีม	
20 G (0.90 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	เหลือง	
21 G (0.81 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	เขียว	
22 G (0.71 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	ดำ	
23 G (0.64 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	ฟ้า	
23 G (0.64 มม.)	5/8 นิ้ว (16 มม.)	ฟ้า	
24 G (0.56 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	แดง	
24 G (0.56 มม.)	5/8 นิ้ว (16 มม.)	แดง	
25 G (0.51 มม.)	3/4 นิ้ว (19 มม.)	ส้ม	
25 G (0.51 มม.)	5/8 นิ้ว (16 มม.)	ส้ม	
27 G (0.41 มม.)	1/2 นิ้ว (13 มม.)	เทา	

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ

20 ตค / 2565

พ.อ. ประธานฯ

พ.อ. กรรมการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้







พ.ต. กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง กรรมการและเลขานุการ








20 ตค 2565

ข้อสังเกตอุปกรณื เข็มปักฝีเย็บ (Scalp Vein)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวัดน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผว./รบก.กย.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณิธิดา ไตจินดา)
- 20 ต.ค. / 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เนลิ้มเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธุม)
- พ.ท.  ทน.ผว./รบก.กย.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณิธิดา ไตจินดา)
- 20 ต.ค. / 2565

พ.อ. 
20 ต.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย อนุกรม ๑๘๕

หมายเลข คณ. 6510 - V - 67 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โทมละลายชนิด Polydioxanone (PDS)

หน่วยนับ กล่อง, ซอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เย็บหรือผูกเนื้อเยื่อในการผ่าตัดที่ต้องการวัสดุเย็บผูกชนิดละลาย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแบบเส้นใยเดี่ยวสังเคราะห์สลายตัวได้ในร่างกาย ชนิดโพลิไดออกซานอน (Synthetic Polydioxanone Monofilament Absorbable Suture)

1.2.2 ละลายหมดไปภายใน 180 - 210 วัน

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 มีทั้งแบบกล่องและแบบซอง มีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็มซึ่งจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 ขนาด 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 0, 1, 2 ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญ, วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุและขนาดบรรจุ ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด







2.4 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ






3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ



- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ
20/กค./2565


พ.อ.  ประธานฯ
พ.อ.  กรรมการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ด.  กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ
20/กค./2565

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โหมละลายชนิด Polydioxanone (PDS)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

- พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(จิรวุฒน์ มากทรัพย์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
20 มี.ค. 2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ถาวร สาย กส.

- พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(เฉลิมเกียรติ ทองศิริ)
- พ.อ.  ผอ.กศ.รร.กส.กส.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุพันธ์ กมลสิริภักดิ์)
- พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)
- พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ
(จตุพงศ์ มุธาวงค์)
- พ.อ.  รอง ผอ. รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ณัฐพร สาธูเม)
- พ.ท.  ทน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)
- พ.ต.  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(เอกลักษณ์ ทองคำ)
- พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไตจินดา)
20 มี.ค. 2565

พ.อ. 
20 มี.ค. 2565

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6510 - V - 59 - S - 0025

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ไหมไม่ละลายชนิด Polyamide

หน่วยนับ ซอง, ตลับ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เย็บปิดแผลในงานศัลยกรรมทั่วไปที่ต้องการวัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลายในการเย็บแผล

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแผล (suture) ชนิดสังเคราะห์แบบไม่สลายตัวในร่างกาย (Non - absorbable synthetic suture) ซึ่งผลิตจากสารประกอบชนิด Polyamide

1.2.2 มี 2 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง

1.2.2.1 แบบที่ 1 ประกอบด้วย polyamide 6.6 เป็นแกนกลาง และหุ้มด้วย polyamide 6

1.2.2.2 แบบที่ 2 ผลิตจาก polyamide 6

1.2.3 ให้ความลื่นในขณะเย็บ เส้นด้ายมีลักษณะอ่อนตัว เพื่อให้เกิดความคล่องมือในการใช้งาน

1.2.4 ลดการเกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อในขณะที่ยังฝังอยู่ในร่างกาย

1.2.5 ไม่เปื่อยหรือขาดง่ายในขณะเย็บแผล

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ขนาดของวัสดุเย็บแผล เบอร์ 6/0 - 8 หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 มีทั้งแบบตลับ และแบบซอง โดยแบบซองมีทั้งชนิดติดเข็มและไม่ติดเข็ม

1.3.3 กรณีติดเข็ม ขนาดของเข็มมีตั้งแต่ 5 - 50 มิลลิเมตร หรือแล้วแต่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- ตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.ร.ท.ช.

= 1 ก.ค. 2559

๑๓ มิถ. ๒๕๖๑ ก.ค. ทน. ๓๕๖๑ ก.ค. ทน. ๓๕๖๑ ก.ค. ๐๔๖๕.๕/๔๖๐๖ ลง ๗ ก.ค. ๕๙

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ใหม่ไม่ละลายชนิด Polyamide

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส ไชยงไทย)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์) ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

หน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

1/ก.ค. 2558

พ.อ.ดร.

1 ก.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 61 - S - 0021

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำเกลือล้างแผล สำหรับสัตว์

หน่วยนับ ขวด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับทำความสะอาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรค และ/หรือ ใช้ละลายตัวยา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- มีตัวยาที่สำคัญ คือ.-

- Sodium Chloride ไม่น้อยกว่า 0.9 % W/V

โดยต้องมียอดประกอบและความเข้มข้นที่เหมาะสม หรือตามที่ราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- มีลักษณะเป็นสารละลาย (Solution)

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 ต้องบรรจุภายในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 ต้องระบุวันผลิต และ/หรือ วันหมดอายุ บริเวณบรรจุภัณฑ์ไว้เรียบร้อย


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต บรรจุ จำหน่าย หรือนำเข้าจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน (Expiry date) ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

22 พค 2561

ชื่อ สิ่งอุปกรณ์ น้ำเกลือล้างแผล สำหรับสัตว์

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(พัฒนพล พลเยี่ยม)
พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ
(สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์)
พ.ต.หญิง  ประจำ ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. กส.ทบ./
กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ศิริพร สุขพัฒนามงคล)

22 พ.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศิริรินทร์ ทวีศรี)
พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ
(จีรวัดน์ มากทรัพย์)
พ.อ.  อจ.หน.วิชา รร.กบ.ทบ. / กรรมการ
(ณรงค์ สุวรรณชาติ)

06 มิ.ย. 2561

พ.อ. 
22/พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 - V - 67 - S - 0180

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มสำหรับการฝังเข็มในสัตว์

หน่วยนับ เล็ม, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับรักษาโรคในสัตว์ ด้วยวิธีการฝังเข็ม

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นเข็มสแตนเลส (stainless steel) แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

1.2.2 มีลักษณะปลายแหลมและมีด้ามจับทำจากทองแดงพันเกลียว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ


1.3.1 มีเข็มบรรจุในซองปราศจากเชื้อ มีทั้งแบบมีปลอกและไม่มีปลอก ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 ขนาดของเข็ม และความยาวต่างๆ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว ดังนี้


เบอร์เข็ม (G)	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ช่วงความยาว (มิลลิเมตร)
28	0.35	13 - 75
30	0.30	13 - 75
32	0.25	13 - 75
34	0.22	13 - 50
36	0.20	13 - 40
38	0.18	13 - 40

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

23/ก.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์


ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

23/ก.ค. 2567

ข้อสังเกตอื่น ๆ สำหรับการฝังเข็มในสัตว์

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)


พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.ท.หญิง  ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ปวีณธิดา ไทจินดา)

23 ก.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ.  รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)

พ.อ.  นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ
(จิตพงศ์ มุธำวงศ์)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(อนุรุพ สาธุเม)

พ.ท.  ทน.ผชว./รบก.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(วิทยา เสนารัตน์)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

23 ก.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 -V- 67 - S - 0133

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันยึดได้ชนิดเคลือบด้วยกาว (Elastic Adhesive Bandage)

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับการพันประคองกล้ามเนื้อและข้อ หรือตรึงบริเวณผ่าตัดของสัตว์เพื่อไม่ให้แผลแยกออกจากกัน

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผ้าพันทำจากฝ้าย 100% ยืดหยุ่นได้ดี

1.2.2 ผ้ายึดหนึ่งเคลือบด้วยกาวแบบรูปฟันตลอดทั้งม้วน เพื่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ ไม่เกิดการอับชื้น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผ้ายึดมีความกว้างขนาด 5, 7.5 และ 10 เซนติเมตร ซึ่งทางราชการจะกำหนด ในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ทญิง  กรรมการและเลขานุการ

29/สค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส. 

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ


29/สค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าพันยึดได้ชนิดเคลือบด้วยกาว (Elastic Adhesive Bandage)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)


หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปรีณิศา ไตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29/ส.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศีกดาเดช ประเสริฐศรี)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธางค์)

นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29/ส.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 -V- 67 - S - 0134

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางชนิด Feeding tube

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับให้อาหารในสัตว์เล็ก หรือใช้สำหรับสวนปัสสาวะในสุนัขเพศผู้ หรือเป็นอุปกรณ์ช่วยในการฉีดล้างตาหรือท่อน้ำตาในม้า

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- สายยางมีลักษณะเป็นท่อทำจากพลาสติกโพลีไวนิล PVC เกรดทางการแพทย์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 สายยางมี 4 ขนาด ได้แก่ เบอร์ 5, เบอร์ 6, เบอร์ 8 และเบอร์ 10 ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 สายยางมีความยาว 50 และ 100 เซนติเมตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 บรรจุในซองปิดสนิท ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.3 เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

29/ม.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ


29/ม.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายยางชนิด Feeding tube

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)


หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณริตา โตจินดา)


ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29 /ส.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดิ์ดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธางค์)

นปภ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(ณัฐพร สาธุม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29 /ส.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 -V- 67 - S - 0136

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นปกคลุมผิวหนังปราศจากเชื้อก่อนการผ่าตัด ชนิดมีไอโอดีน (Antimicrobial Incise Drape)

หน่วยนับ แผ่น, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับคลุมบริเวณผิวหนังของสัตว์ที่จะทำการผ่าตัด และใช้ในการแยกบริเวณที่สกปรกออกจากบริเวณที่ปราศจากเชื้อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นฟิล์มโพลิเอสเตอร์เคลือบด้วยกาวผสมยาฆ่าเชื้อโรค Iodophor ที่ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างกว้าง คงสภาพความเป็น Sterile Surface ในการผ่าตัด

1.2.2 ระบายอากาศและความชื้นได้ดี สามารถคงสภาพการติดกับผิวหนังได้ดี

1.2.3 มีคุณสมบัติช่วยยึดผ้าปูรองผ่าตัด (ผ้า Drape) ที่ให้ติดอยู่กับบริเวณที่ต้องการผ่าตัด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดต่าง ๆ ดังนี้ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

ขนาดขอบนอก (Overall Size)	ขนาดขอบใน (Adhesive Area)
15 X 20 เซนติเมตร	10 X 20 เซนติเมตร
44 X 35 เซนติเมตร	34 X 35 เซนติเมตร
66 X 45 เซนติเมตร	56 X 45 เซนติเมตร
66 X 60 เซนติเมตร	56 X 60 เซนติเมตร
66 X 85 เซนติเมตร	56 X 85 เซนติเมตร

1.3.2 บรรจุในซองปิดสนิท ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

29/มี.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส. 

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ


29/มี.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นปกคลุมผิวหนังปราศจากเชื้อก่อนการผ่าตัด ชนิดมีไอโอดีน (Antimicrobial Incise Drape)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เขียมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)


หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปรีณิศา โตจินดา)


ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29/ส.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดิ์ดาเดช ประเสริฐศรี)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

นปภ.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(อนุรุพ สารู)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รปภ.กยช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29/ส.ค./2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คจ. 6510 - V - 67 - S - 0137

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โหมดละลายกรดโพสิโกลโคลิคผสมกรดโพสิแลคติก

หน่วยนับ ของ, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับเย็บแผลสัตว์ในหัตถการเนื้อเยื่ออ่อนทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุเย็บแผล ทำจากวัสดุธรรมชาติ ประกอบด้วย กรดโพสิโกลโคลิคไม่น้อยกว่า 93% และ กรดโพสิแลคติกไม่น้อยกว่า 7% เป็นวัสดุที่สามารถละลายได้

1.2.2 เป็นเส้นไหมที่ละลายได้หมดภายใน 56-70 วัน

1.2.3 มีความแข็งแรงของเส้นใยอยู่ที่ ร้อยละ 80 ในสองสัปดาห์แรก ร้อยละ 30 ในสัปดาห์ที่สาม

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 โหมดละลาย กรดโพสิโกลโคลิค และ กรดโพสิแลคติก มี 2 รูปแบบ คือ แบบเส้นเดี่ยวติดเข็มและแบบเส้นคู่ ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.2 ขนาดของไหมเย็บแผลประกอบด้วย เบอร์ 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1 และ 2 ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

1.3.3 บรรจุในซองปิดสนิทผ่านกระบวนการ ทำให้ปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  กรรมการและเลขานุการ

29/ ส.ค. /2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์


ถาวร สาย กส. 

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

29/ ส.ค. /2567

ข้อสั่งอุปกรณ์ โหมละลายกรดโพสิโกลโคลิกผสมกรดโพสิแลคติก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณธิดา ไตจินดา)


ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29 / ส.ค. / 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ย. 
(จิตพงศ์ มุธาวงค์)

นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(ณัฐพร สาธูม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กช.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29 / ส.ค. / 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 -V- 67 - S - 0138

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขอบบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sterilization Flat Roll)

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับบรรจุเวชภัณฑ์ที่ใช้ในทางการแพทย์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ขอบบรรจุเวชภัณฑ์ปราศจากเชื้อแบบเรียบ ด้านหนึ่งทำจากเยื่อกระดาษ อีกด้านหนึ่งทำจากฟิล์มพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติเปลี่ยนสีสำหรับการนึ่งฆ่าเชื้อ หรือกระบวนการอบด้วยก๊าซ เอทิลีนออกไซด์ (Ethylene Oxide)

1.2.2 สามารถนำเข้าเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) เพื่อให้ปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- ขอบมีขนาดต่างๆ ได้แก่ ขนาดกว้าง 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 นิ้ว ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

- บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่น ๆ

3.1 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

3.2 เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.3 เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ


4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ขอบ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. หญิง  กรรมการและเลขานุการ

29/ ส.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิชาการ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ


29/ ส.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ของบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sterilization Flat Roll)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)


ทน.ผชว./รบก.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(บริจิตตา โตจินดา)


ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29/ส.ค./2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดิ์เดช ประเสริฐศรี)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุอาวงศ์)

นปก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(อนุรักษ์ สาธุเม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

ทน.ผชว./รบก.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29 ส.ค. 2567

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6515 -V- 67 - S - 0139

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปทดสอบการฆ่าเชื้อ (Autoclave Sterilization Tape)

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นแถบกระดาษขาวทางการสัตวแพทย์ ใช้สำหรับติดบนหีบห่อเพื่อบ่งบอกว่าหีบห่อนั้นๆ ได้ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถใช้กับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ได้

1.2.2 บนเนื้อหีบพิมพ์ด้วยหมึกเคมีสีขาวนวลในแนวทแยงมุม

1.2.3 หมึกเคมีจะเปลี่ยนสีจากสีขาวนวล เป็นสีน้ำตาลเข้ม/สีดำ เมื่อสัมผัสกับไอน้ำ ในกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ

1.2.4 เนื้อเทปสามารถยึดติดบนวัสดุต่างๆได้ เช่น ผ้า, ซองพลาสติก, กระดาษ เป็นต้น โดยเทปไม่หลุดลอกออก ในระหว่างการทำให้ปราศจากเชื้อ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

เทปมีความกว้างขนาด 12, 18, 19 และ 25 มิลลิเมตร ซึ่งทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2. การบรรจุและหีบห่อ

บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน


3.2 มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ


4. วิธีการตรวจสอบ


ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์

สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ประธานฯ


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง  กรรมการและเลขานุการ

29/ส.ค. 2567

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์


ถาวร สาย กส.

พ.อ.  ประธานฯ

พ.อ.  กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.  กรรมการ/ผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ.  กรรมการและเลขานุการ

29 ส.ค. 2567

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เทปทดสอบการฆ่าเชื้อ (Autoclave Sterilization Tape)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ. 
(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง 
(ปวีณธิดา ไตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29 ส.ค. 2567


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.

พ.อ. 
(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)


รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ. 
(จิตพงศ์ มุธาวังค์)

นบก.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ

พ.อ. 
(ณัฐพร สาธูเม)

รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. 
(วิทยา เสนารัตน์)

หน.ผชว./รบก.กยศ.กส.ทบ. ชรก.พล.ม.2 รอ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.อ. 
(ภากร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

29 ส.ค. 2567

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V- 59 - S - 0020

หน่วยนับ ชุด

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นเชอร์รี่แก๊พซิง มีสรรพคุณทำลายพิษจากงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ เชอร์รี่แก๊พซิงจางอว เชอร์รี่แก๊พซิงเห่า เชอร์รี่แก๊พซิงสามเหลี่ยม และเชอร์รี่แก๊พซิงทับสมิงคลา

- ในเซรุ่ม 1 ชุด ประกอบด้วย สารอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) ที่จำเพาะต่อพิษงูคันนี้

1.2.2 เซรุ่มแก้พิษงูเห่า (Cobra antivenin) ทำลายพิษงูเห่า (*Naja kaouthia*) ได้ไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

1.2.3 เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม (Banded Krait antivenin) ทำลายพิษงูสามเหลี่ยม (*Bungarus fasciatus*) ได้ไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

1.2.4 เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา (Malayan Krait antivenin) ทำลายพิษงูทับสมิงคลา (*Bungarus candidus*) ได้ไม่น้อยกว่า 0.4 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

- เป็นผงที่ทำให้แห้ง บรรจุมาพร้อมกับน้ำกลั่นปราศจากเชื้อสำหรับใช้ละลายตัวยา

2.1 บรรจุในขวดปลอดเชื้อสำหรับฉีด ปิดสนิทและมีน้ำกลั่นสำหรับละลายผงเซรุ่ม ปริมาตร 10 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในมิดและเย็น อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำหรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

Adm. Serv.

1 ก.ค. 2559

[illegible]

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท (neuro polyvalent snake antivenin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

(มนัส ไท่งไทย)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

หน.ผอย.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ต.

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

ร.อ.หญิง

(ปวีณธิดา โตจินดา) และเลขานุการ

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

- 1 ก.ค. 2559

พ.อ.ดร.

- 1 ก.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส.

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6505 - V- 59 - S - 0021

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต (hemato polyvalent snake antivenin)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- เป็นเซรุ่มแก้พิษงู มีสรรพคุณทำลายพิษจากงูที่ออกฤทธิ์ต่อระบบโลหิตทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ และเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ในเซรุ่ม 1 ชุด ประกอบด้วย สารอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) ที่จำเพาะต่อพิษงูดังนี้

1.2.1 เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ (Malayan Pit Viper antivenin) สามารถทำลายพิษงูกะปะ (*Calloselasma rhodostoma*) ได้ไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

1.2.2 เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ (Green Pit Viper antivenin) สามารถทำลายพิษงูเขียวหางไหม้ (*Trimeresurus albolabris*) ได้ไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

1.2.3 เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา (Russell's Viper antivenin) สามารถทำลายพิษงูแมวเซา (*Daboia russelli siamensis*) ได้ไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นผงที่แห้ง บรรจุมาพร้อมกับน้ำกลั่นปราศจากเชื้อสำหรับใช้ละลายด้วยยา

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในขวดปลอดเชื้อสำหรับฉีด ปิดสนิทและมีน้ำกลั่นสำหรับละลายผงเซรุ่ม ปริมาตร 10 มิลลิลิตร หรือตามที่ทางราชการจะกำหนดในการจัดหาแต่ละคราว

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในมิดและเย็น อุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต , วันหมดอายุ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ตำหรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.ร.ท.

1 ก.ค. 2559

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เซรัมแก้พิษระบบโลหิต (hemato polyvalent snake antivenin)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.ดร.

ผอ.กก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(มนัส โหยงไทย)

พ.อ.

นายสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. / กรรมการ

(จิตพงศ์ มุธาวงศ์) ผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.

หน.ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(วิศิษฐ์ พรหมธีระวงศ์)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ รพ.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. /

(ธีระ สมจิตประเสริฐ) กรรมการ

ร.อ.หญิง

ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

- 1 กค. 2559

พ.อ.ดร.

- 1 กค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

หน่วยนับ ขวด, โด๊ส

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated vaccine)

1.2.2 ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วยปริมาณไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies virus) คิดเป็นศักยภาพในการป้องกัน (protective potency) ไม่น้อยกว่า 1 I.U.

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิทปลอดเชื้อสำหรับฉีด

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ

2.4 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด


3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการขึ้นทะเบียน ดำรับยาเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

- 6 มิ.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies vaccine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จตุพงศ์ มุธาวงศ์)

[- 6/ธ.ย. 2562]

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ. / ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมื่นเดช)

27/ธ.ย. 2562

พ.อ. 

[- 6/ธ.ย. 2562]

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 63 - S - 0005

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท็อกซอยด์ป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus toxoid)

หน่วยนับ ขวด, โด๊ส

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้สำหรับสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักหรือกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักสำหรับสัตว์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัคซีนจากชนิดเชื้อเดี่ยว (Monovalent vaccine)

1.2.2 ใน 1 มล. ประกอบด้วย Purified tetanus toxoid ไม่น้อยกว่า 20 Lf

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวแขวนตะกอน (Suspension) ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิทปลอดเชื้อสำหรับฉีด

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต และวันหมดอายุ

2.4 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ


- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 

23 เม.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท็อกซอยด์ป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus toxoid)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


(พงศพร เพ็ชรชนะ)

พ.ท.  ทน.ผศก./สว. รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ.

(กรพล บุญฤทธิ) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

23 เม.ย. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(ธีรยุทธ เตียตระกูล)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล ห่มนาค)

01 พ.ค. 2563

พ.อ. 

23/เม.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สาย กส.

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6505 - V - 58 - S - 0009

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟลูแวก อินโนเวเตอร์ อี - เอช - วี - 4/1[®] (Fluvac Innovator EHV -4/1[®])

หน่วยนับ โด๊ส

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อของม้าที่ทำให้เกิดอาการ เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, การแท้งลูก และอาการอัมพาตจากเชื้อไวรัส

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ใช้ป้องกันโรค equine rhinopneumonitis ที่เกิดจาก EHV -4/1 และโรค equine influenza ที่เกิดจาก EIV strain KY'97"

1.2.2 ใช้ MetaStim เป็นสารสื่อ (adjuvant) เพื่อปรับปรุงเพิ่มการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน (immune response)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลวแขวนตะกอน ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิท

2.2 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ วันผลิต, วันหมดอายุ, เลขที่ผลิต, เลขทะเบียนไว้อย่างชัดเจน

2.3 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

2.4 หีบห่อต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ถ้ามีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีหลักฐานได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ของกระทรวงสาธารณสุข

3.2 ของตัวอย่างที่นำมาประกอบการพิจารณาจะต้องเต็มขนาดที่บรรจุ

3.3 ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

19

19 พ.ค. 2558

อนุมัติ ผอ.กค.ทพ. ด้านพัสดุ ผอ.กค.ทพ. ด้าน 0448.5/4132 ลง 16 มี.ค. 58

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฟลูแวก อินโนเวเตอร์ อี - เอช - วี - 4/1[®] (Fluvac Innovator EHV -4/1)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.

ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(ธนัท พูลสยม)

พ.อ.

ผอ.รพ.สัตว์ ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ไชยา กลิ่นพยอม)

พ.ต.

นายทหารสัตวแพทย์ หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ /

(ธนศักดิ์ สังข์สุวรรณ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

ร.อ.หญิง 21 ประจำแผนกวิจัยและพัฒนา กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(ปวีณธิดา ไตจินดา) และเลขานุการ

19 /พ.ค. 2558

19 พ.ค. 2558

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 – V – 62 – S – 0017

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese encephalitis vaccine)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- ใช้ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในม้า, ลา, สุนัข

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัคซีนเชื้อตาย (Inactivated vaccine) หรือวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live attenuated vaccine)

1.2.2 วัคซีนเตรียมจากเชื้อไวรัสเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ชนิดเจแปนีสเตอรน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- เป็นของเหลว ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

2. การบรรจุและหีบห่อ

2.1 บรรจุในภาชนะปิดสนิทปลอดเชื้อสำหรับฉีด

2.2 การจัดเก็บรักษา ต้องเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส

2.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุต้องระบุ ชื่อสามัญทางยา, วันผลิต, วันหมดอายุ


2.4 แบบการบรรจุ และขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง หรือตามมาตรฐานการจำหน่ายในท้องตลาด

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ

- ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด

พ.อ. 
๒๖/๑๒/๒๕๖๒

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคเชื้อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese encephalitis vaccine)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.

พ.อ.  ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

(พัฒนาพล พลเยี่ยม)

พ.อ.  รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

(พุทธพร เพ็ชรชนะ)

พ.อ.  รอง ผอ.รพ.สัตว์ ทบ.กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(จิตพงศ์ มุราวงศ์)

- 6 มิ.ย./2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ ประธานกรรมการ

(อำนาจ นาคศรี)


พ.อ.  นักวิชาการ กส.ทบ. / กรรมการ

(จิรวัดน์ มากทรัพย์)

พ.อ.  รอง ผอ.กอง กบ.ทบ. / กรรมการ

(ไพศาล หมั่นเดช)

27 มิ.ย./2562

พ.อ. 

- 6 มิ.ย. 2562

รายการขออนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย กส.

หมายเลข คณ. 6505 - V - 62 - S - 0017


ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese encephalitis vaccine)


หน่วยนับ ขวด


ตามอนุมัติ จก.กส.ทบ. ท้ายหนังสือ กทบ.ทบ. ที่ ต่อ กท 0448.5/4891 ลง 30 ก.ค. 62

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะเดิม	ขอแก้ไขเป็น	เหตุผลที่ขอแก้ไข	หมายเหตุ
1.	3. ข้อกำหนดอื่นๆ - ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันส่งมอบ	3. ข้อกำหนดอื่นๆ - ต้องมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันส่งมอบ	- ปรับอายุการใช้งานของ วัคซีน ให้สอดคล้องกับ วัคซีนที่นำเข้ามาจำหน่าย ในประเทศ	


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย กส. ของ กส.ทบ.


พ.อ.  (ไวรัสวิทยา) ผอ.กวก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.  (สาธารณาภิบาล) รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


พ.อ.  (จุฬารังสรรค์) นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.  (อรรณพ ขอบประเสริฐ) รอง ผอ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.  (กัระวัฒน์ เมืองโคตร) พน.ผลบ.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท.หญิง  (บวรรัตน์ โตจินดา) ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

03/ส.ค./2566

พ.อ. 
03/ส.ค./2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Japanese encephalitis vaccine)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ถาวร สาย กส.


พ.อ.



(ศักดาเดช ประเสริฐศรี)

รอง จก.กส.ทบ. / ประธานกรรมการ

พ.อ.



(วิสูตร เอี่ยมเรือง)

ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ


พ.อ.



(ปากกร สวัสดิ์สิงห์)

รอง ผอ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.



(จิตพงศ์ มุธาวงศ์)

นปค.ประจำ กส.ทบ. / กรรมการ

พ.อ.



(อรรถพล ขอบประดิษฐ์)

รอง ผอ.กสช.1 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.



(อีระวัฒน์ เมืองโคตร)

หน.ผสบ.กสช.2 กส.ทบ. / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


พ.ท.หญิง



(ปิรณิธดา โตจินดา)

ประจำแผนก ผวพ.กวก.กส.ทบ. / กรรมการและเลขานุการ

ปี 3/ส.ค. / 2566

พ.อ. 
ปี 3/ส.ค. / 2566